

#### Risposta ai chiarimenti n. 4 (27 giugno 2025)

**Procedura aperta, distinta in diciotto lotti, con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.71 del D. Lgs. 36/2023, e ss.mm.ii. per l'affidamento della fornitura di arredi da laboratorio e di attrezzature scientifiche nell'ambito del Progetto denominato SHerIL Samnium Heritage Innovation Lab - Centro per la conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.**

**Quesiti pervenuti e relative risposte:**

**Domanda n. 1:**

*«Relativamente al pannello touch screen richiesto vorremmo sapere se lo stesso può essere accettato separato dallo stativo.»*

**Risposta:**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del Disciplinare di Gara, l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara (Specifiche tecniche minime relative a ciascun lotto), pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 e all'allegato II.5 al codice.

In particolare, il punto 8 della Parte II A - Specifiche tecniche dell'allegato II.5 al codice dispone che *"...l'offerente dimostra, nella propria offerta..." (nella Relazione Tecnica) "...con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti e alle specifiche tecniche prescritti..."*.